



ISTRUZIONI PER L'U: Seperator CC / Seperator HC

Informazioni sul Materiale e sui Dati del Produttore

Nome,- commercial	Seperator CC / Seperator HC				<input type="checkbox"/> Medical Device
Classificazione	Classificazion:	-	Etichettatura:		None
Identificazione	Nr. Articolo:	F73, F74		UDI Base:	763029670073P, 763029670074P
Varianti	Polvere		Liquidi		Colori
	-		100ml, 250ml, 500ml, 5.000ml		-
Accessori Consentiti	-				
Informazioni Produttore	SRN:		LI-MF-000000633		
	Indirizzo:		NOVODENT Ets., Industriestrasse 32, 9487 Bendern, Liechtenstein		
Nota Generale	Evitare la contaminazione del liquido isolante con residui di gesso, pennelli con inserti metallici o materiali simili.				
Scopo	Isolamento di modelli in gesso nella tecnica dei polimeri.				
Indicazione	Adatto per l'isolamento di modelli in gesso nella tecnica dei polimeri. La pellicola isolante garantisce superfici lisce sulla plastica e assicura una separazione impeccabile tra plastica e gesso, nonché tra gesso e gesso.				
Controindicazione	Non adatto all'uso in bocca. Non approvato come dispositivo medico.				

Applicazione del Prodotto

Caratteristiche	
Il separatore forma un isolamento molto sottile, liscio, aderente e uniforme. Garantisce una separazione impeccabile tra plastica e gesso. Il separatore può essere applicato su gesso freddo o caldo.	
Ambiente di Utilizzo	Durata e Istruzioni per la Conservazione
Applicabile a temperatura ambiente.	Evitare l'esposizione diretta alla luce solare. Tenere sempre il contenitore chiuso. La durata di conservazione è di 2 anni. Dopo la data di scadenza, non utilizzare più il prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente min. +2°C, max. 25°C.
Composizione del Materiale:	
Liquido:	Alginato idrogel
Protezione Pelle	L'alginato idrogel è compatibile con la pelle. Le persone con sensibilità allergica agli ingredienti possono indossare guanti in lattice per proteggersi.
Transporto	Per le disposizioni sul trasporto della materia prima, consultare le schede di sicurezza di Seperator CC / Seperator HC.
Specifiche	Non sono disponibili specifiche del prodotto per Seperator CC / Seperator HC.
Indicazioni Regolatorie	-
Smaltimento conforme alle normative nazionali.	

Istruzioni per l'Applicazione

Elaborazione	Preparazione e Utilizzo Prima dell'isolamento, tutti i modelli in gesso devono essere accuratamente inumiditi (5-10 minuti). Ciò impedisce che durante la polimerizzazione l'aria sotto pressione entri nell'impasto di plastica morbida.
	Dopo aver fuso la cera, versare la quantità necessaria di separatore in un contenitore e applicarlo sulla superficie da isolare una o due volte con un pennello pulito. Con una leggera corrente d'aria compressa, il separatore può essere levigato o asciugato. È importante assicurarsi che non rimanga liquido isolante nelle scanalature e nelle cavità e che i denti o le staffe di plastica non vengano a contatto con il mezzo isolante. Una volta che la pellicola isolante è completamente asciutta, l'impasto di plastica può essere versato immediatamente.















Avvertenza di Responsabilità

Le informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze, tuttavia non costituiscono alcuna garanzia sulle proprietà del prodotto e non creano alcun rapporto contrattuale. Di solito il prodotto viene fornito stabilizzato. Tuttavia, può polimerizzare in caso di superamento significativo del tempo di conservazione e/o della temperatura di conservazione. Non ci assumiamo responsabilità per danni derivanti dalla non osservanza delle istruzioni per l'uso e dell'area di utilizzo. Questo vale anche se il prodotto viene mescolato o lavorato insieme a prodotti di concorrenti.

Dati di Contatto del Produttore

Indirizzo:	NOVODENT Ets., Industriestrasse 32, 9487 Bendern, Liechtenstein			
Contatto:	Phonel.: +423 377 1500	Fax: +423 377 1509	E-Mail:	frontoffice@novodent.com
Websites:	Webshop:	www.novodent.dental	Main page:	www.novodent.com

Nota sui Simboli

	<input checked="" type="checkbox"/> N° Lotto/Partita		<input checked="" type="checkbox"/> Fabricant		<input checked="" type="checkbox"/> Unique Device Identification 
	<input checked="" type="checkbox"/> Data di Scadenza		<input checked="" type="checkbox"/> Temperature Conservaz.		<input checked="" type="checkbox"/> Seguire le Istruzioni per l'Uso
	<input checked="" type="checkbox"/> Numero Articolo		<input type="checkbox"/> Protezione Luce Solare		<input type="checkbox"/> Dispositivo Medico *
	<input type="checkbox"/> Attenzione (GHS)		<input type="checkbox"/> Pericolo Infiammabile		<input checked="" type="checkbox"/> Non riutilizzare
SRN	<input checked="" type="checkbox"/> Numéro d'enregistrement unique (EUDAMED)				<input checked="" type="checkbox"/> MP- European conformity *

 Simboli che vengono utilizzati sull'etichettatura di questo prodotto sono contrassegnati con . *Non Applicabile per Prodotti Non Medici.